

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ	N°9107 - 9107/1
	<i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	Revisione 5 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	ITRACONAZOLE
Sigla / <i>Initial</i>	ITC 50 ug
Lotto / <i>Batch</i>	062419055
Data produzione / <i>Production date</i>	24.06.2019
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2022.06.23
Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i>	Itraconazole 50 ug

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	R.P.M.I Agar
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	18-48 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 ± 1°C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂
Microrganismo/ <i>Microorganism</i>	RESULTS mm
<i>C. albicans</i> ATCC 90028	37
<i>C. krusei</i> ATCC 6258	30
<i>C. parapsilosis</i> ATCC 22019	36

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE 02.07.2019

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano