

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ	N°9109 - 9109/1
	<i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	Revisione 5 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	FOSFOMYCIN
Sigla / <i>Initial</i>	FOS 200 ug
Lotto / <i>Batch</i>	122116056
Data produzione / <i>Production date</i>	21.12.2016
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2019.12.21
Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i>	Fosfomycin 200 ug

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Riferimento / <i>Reference</i>	CLSI. M100-S21 Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, January 2011		
Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton Agar		
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	16-18 h		
Temperatura / <i>Temperature</i>	35 ± 2 °C		
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂		
Microrganismo/ <i>Microorganism</i>	SPECIFICATION	RESULTS	
	Diametro di inibizione accettabile (mm) <i>Acceptable diameter of inhibition (mm)</i>	mm	
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	22-30	25
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923	25-33	26

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE 23.12.2016

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano