

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ QUALITY CONTROL CERTIFICATE	N°9156 - 9156/1 Revisione 3 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	--	---

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / Product	MECILLINAM
Sigla / Initial	MEC 10 ug
Lotto / Batch	091720036
Data produzione / Production date	17.09.2020
Data scadenza / Expiry date	2023.09.17
Contenuto antibiotico del disco / Antimicrobial Disk content	Mecillinam 10 ug

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Riferimento / Reference	CLSI. M100-S21 Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, January 2011		
Terreno di coltura / Culture medium	Mueller Hinton Agar		
Tempo di incubazione / Incubation time	16-18 h		
Temperatura / Temperature	35 ± 2 °C		
Modalità di incubazione / Procedure of incubation	O₂		
Microorganismo/ Microorganism	SPECIFICATION Diametro di inibizione accettabile (mm) Acceptable diameter of inhibition (mm)	RESULTS mm	
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	24-30	26

Riferimento / Reference	EUCAST.Tables of Quality Control targets and ranges. Version 1.3. December 2010		
Terreno di coltura / Culture medium	Mueller Hinton Agar		
Tempo di incubazione / Incubation time	18 ± 2 h		
Temperatura / Temperature	35 ± 1 °C		
Modalità di incubazione / Procedure of incubation	O₂		
Microorganismo / Microorganism	SPECIFICATION Diametro di inibizione accettabile (mm) Acceptable diameter of inhibition (mm)	RESULTS mm	
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	24-30	26

LOTTO/BATCH : ☒ Idoneo / Approved

☐ Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE 24.09.2020

Responsabile Controllo Qualità

Quality Control Manager

(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano