

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ	N°9157 - 9157/1
	<i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	Revisione 3 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	MUPIROCIN
Sigla / <i>Initial</i>	MUP 200 ug
Lotto / <i>Batch</i>	071118075
Data produzione / <i>Production date</i>	11.07.2018
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2021.07.10
Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i>	Mupirocin 200 ug

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Riferimento / <i>Reference</i>	EUCAST.Tables of Quality Control targets and ranges. Version 1.3. December 2010	
Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton Agar	
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	18 ± 2 h	
Temperatura / <i>Temperature</i>	35 ± 1 °C	
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂	
Microorganismo / <i>Microorganism</i>	SPECIFICATION	RESULTS
	Diametro di inibizione accettabile (mm) <i>Acceptable diameter of inhibition (mm)</i>	mm
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 29213 31-37	33

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE 16.07.2018

Responsabile Controllo Qualità

Quality Control Manager

(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano