

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ QUALITY CONTROL CERTIFICATE	N°9162- 9162/1 Revisione 2 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	--	--

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	STREPTOMYCIN
Sigla / <i>Initial</i>	S 300 ug
Lotto / <i>Batch</i>	052716034
Data produzione / <i>Production date</i>	27.05.2016
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2019.05.27
Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i>	Streptomycin 300 ug

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>		Mueller Hinton Agar
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>		16-18 h
Temperatura / <i>Temperature</i>		35 ± 2 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>		O₂
Microorganismo/ <i>Microorganism</i>		RESULTS mm
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	22
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923	27
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	24

LOTTO/BATCH : ☒ Idoneo / Approved

☐ Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 30.03.2017

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano