

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ	N°9164 - 9164/1
	<i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	Revisione 3 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	VANCOMYCIN
Sigla / <i>Initial</i>	VA 5 ug
Lotto / <i>Batch</i>	062717100
Data produzione / <i>Production date</i>	27.06.2017
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2020.06.26
Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i>	Vancomycin 5 ug

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Riferimento / <i>Reference</i>	EUCAST.Tables of Quality Control targets and ranges. Version 1.3. December 2010		
Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton Agar Mueller Hinton Fastidious Agar ¹		
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	18 ± 2 h		
Temperatura / <i>Temperature</i>	35 ± 1 °C		
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂ 5% CO₂ ¹		
Microrganismo / <i>Microorganism</i>	SPECIFICATION Diametro di inibizione accettabile (mm) <i>Acceptable diameter of inhibition (mm)</i>		RESULTS mm
<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC 29212	10-16	14
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC 49619 ¹	17-23	20

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE 30.06.2017

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano