

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ	N°9166 - 9166/1
	<i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	Revisione 3 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	FLUCONAZOLE
Sigla / <i>Initial</i>	FLU 25 ug
Lotto / <i>Batch</i>	010318070
Data produzione / <i>Production date</i>	03.01.2018
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2021.01.02
Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i>	Fluconazole 25 ug

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Riferimento / <i>Reference</i>	CLSI. M44-S3 Zone Diameter Interpretative Standards, Corresponding Minimal Inhibitory Concentration (MIC) Interpretative Breakpoints, and Quality Control Limits for Antifungal Disk Diffusion Susceptibility Testing of Yeasts; Third Supplement		
Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton+Glucose+Methylen Blue Agar		
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	20-24 h in caso di crescita insufficiente prolungare l'incubazione fino a 48 ore / <i>read at 48 hours only when insufficient growth is observed after 24 hours of incubation</i>		
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 ± 1°C		
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂		
Microrganismo/ <i>Microorganism</i>	SPECIFICATION	RESULTS	
	Diametro di inibizione accettabile (mm) <i>Acceptable diameter of inhibition (mm)</i>	mm	
<i>C. albicans</i>	ATCC 90028	28-39	36
<i>C. krusei</i>	ATCC 6258	-	6
<i>C. parapsilosis</i>	ATCC 22019	22-33	32
<i>C. tropicalis</i>	ATCC 750	26-37	29

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE 08.01.2018

Responsabile Controllo Qualità

Quality Control Manager

(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano