

|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| <b>Liofilchem</b><br>S.r.l. | CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ<br><i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i> | N°9168 - 9168/1<br>Revisione 1 del 09.10.2013<br>Pag. 1 di 1 |
|-----------------------------|---|--|

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS**

|  |                     |
|--|---------------------|
| Prodotto / <i>Product</i>                | <b>VORICONAZOLE</b> |
| Sigla / <i>Initial</i>                   | <b>VO 1 ug</b>      |
| Lotto / <i>Batch</i>                     | <b>101117135</b>    |
| Data produzione / <i>Production date</i> | <b>11.10.2017</b>   |
| Data scadenza / <i>Expiry date</i>       | <b>2020.10.10</b>   |

**CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / BIOLOGICAL CHARACTERISTICS**

|   |  |
|---|--|
| Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i> | <b>Voriconazole 1 ug</b>   |
| Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>                          | <b>Mueller Hinton Agar + 2% Glucose +<br/>0,5 µg/mL Methylene Blue Dye</b> |
| Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>                       | <b>22 +/- 2 h</b>  |
| Temperatura / <i>Temperature</i>                                    | <b>35 +/- 2 °C</b>   |
| Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>            | <b>O<sub>2</sub></b>   |

**CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL**

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Zone diameter interpretative standards, corresponding Minimal Inhibitory Concentration (MIC) Interpretative Breakpoints and Quality Control Limits for Antifungal Disk Diffusion Susceptibility Testing of Yeasts; Third Informational Supplement. CLSI. M44-S3. 2009</b> |  |   |
| Germe / <i>Microorganism</i>   | Diametro di inibizione (mm)<br><i>Inhibition diameter (mm)</i> | Diametro di inibizione del Controllo Qualità (mm)<br><i>Quality Control of inhibition diameter (mm)</i> |
| <i>Candida albicans</i> ATCC 90028   | 31-42  | 34  |
| <i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019   | 28-37  | 35  |
| <i>Candida krusei</i> ATCC 6258  | 16-25  | 25  |

LOTTO/BATCH :  Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE 20.10.2017

Responsabile Controllo Qualità  
*Quality Control Manager*  
(D. Vitagliano)

*Dario Vitagliano*