

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ <i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	N°9168 - 9168/1 Revisione 1 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	---	--

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	VORICONAZOLE
Sigla / <i>Initial</i>	VO 1 ug
Lotto / <i>Batch</i>	121719100
Data produzione / <i>Production date</i>	17.12.2019
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2022.12.16

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / BIOLOGICAL CHARACTERISTICS

Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i>	Voriconazole 1 ug
Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton Agar + 2% Glucose + 0,5 µg/mL Methylene Blue Dye
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	22 +/- 2 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	35 +/- 2 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Zone diameter interpretative standards, corresponding Minimal Inhibitory Concentration (MIC) Interpretative Breakpoints and Quality Control Limits for Antifungal Disk Diffusion Susceptibility Testing of Yeasts; Third Informational Supplement. CLSI. M44-S3. 2009		
<i>Germe / Microorganism</i>	<i>Diametro di inibizione (mm) / Inhibition diameter (mm)</i>	<i>Diametro di inibizione del Controllo Qualità (mm) / Quality Control of inhibition diameter (mm)</i>
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	31-42	34
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	28-37	34
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	16-25	24

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE 08.01.2020

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano