

<b>Liofilchem</b> S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ	N°9171 - 9171/1
	<i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	Revisione 2 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS**

Prodotto / <i>Product</i>	<b>PHENOXYMETHYLPENICILLIN</b>
Sigla / <i>Initial</i>	<b>PV 10 ug</b>
Lotto / <i>Batch</i>	<b>090820037</b>
Data produzione / <i>Production date</i>	<b>08.09.2020</b>
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	<b>2023.09.08</b>
Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i>	<b>Phenoxyethylpenicillin 10 ug</b>

**CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL**

Riferimento / <i>Reference</i>	<b>EUCAST.Tables of Quality Control targets and ranges. Version 1.3. December 2010</b>	
Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	<b>Mueller Hinton Agar Mueller Hinton Fastidious Agar <sup>1</sup></b>	
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	<b>18 ± 2 h</b>	
Temperatura / <i>Temperature</i>	<b>35 ± 1 °C</b>	
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	<b>O<sub>2</sub> 5% CO<sub>2</sub> <sup>1</sup></b>	
Microorganismo / <i>Microorganism</i>	<b>SPECIFICATION</b>	<b>RESULTS</b>
	Diametro di inibizione accettabile (mm) <i>Acceptable diameter of inhibition (mm)</i>	mm
<i>Haemophilus influenzae</i>	NCTC 8468 <sup>1</sup> 15-21	16

LOTTO/BATCH :  Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE 21.01.2021

Responsabile Controllo Qualità  
*Quality Control Manager*  
(D. Vitagliano)

*Dario Vitagliano*