

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ <i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	N°9168 - 9168/1 Revisione 1 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	---	--

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	VORICONAZOLE
Sigla / <i>Initial</i>	VO 1 ug
Lotto / <i>Batch</i>	060419102
Data produzione / <i>Production date</i>	04.06.2019
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2022.06.03

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / BIOLOGICAL CHARACTERISTICS

Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i>	Voriconazole 1 ug
Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton Agar + 2% Glucose + 0,5 µg/mL Methylene Blue Dye
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	22 +/- 2 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	35 +/- 2 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Zone diameter interpretative standards, corresponding Minimal Inhibitory Concentration (MIC) Interpretative Breakpoints and Quality Control Limits for Antifungal Disk Diffusion Susceptibility Testing of Yeasts; Third Informational Supplement. CLSI. M44-S3. 2009		
Germe / <i>Microorganism</i>	Diametro di inibizione (mm) <i>Inhibition diameter (mm)</i>	Diametro di inibizione del Controllo Qualità (mm) <i>Quality Control of inhibition diameter (mm)</i>
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	31-42	34
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	28-37	31
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	16-25	23

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE 12.06.2019

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano